



Organismo Notificado/ Notified Body: NB 1964

CERTIFICADO DE EXAMEN DE MODELO

Certificate of type examination model

Nº: 09/09281

Producto Product	Contador estático monofásico, para la medida de energía activa, de conexión directa, para instalación en interior. <i>Tensión: 230 V; 50Hz;</i> <i>Clase de precisión: Cl. A</i> <i>2000 imp/KWh</i> <i>Corriente: 10(60) A</i>
Modelo Model	OSAKI WBD1
Fabricante Manufacturer	Osaki Electric Co.,Ltd. 2-2-7, Higashi-Gotanda,Shinagawa-Ku, Tokyo 141-8646 JAPAN
Expedido a : <i>Issued to</i>	Osaki Electric Co.,Ltd. 2-2-7, Higashi-Gotanda,Shinagawa-Ku, Tokyo 141-8646 JAPAN
Reglamentación aplicable Applicable rules	Real Decreto 889/2006, de 21 de julio de 2006, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, y que incorpora al Derecho interno español los requisitos esenciales contemplados en la Directiva del Parlamento y Consejo 2004/22/CE de 31 de marzo de 2004
Normas de referencia Standards	<ul style="list-style-type: none">• UNE EN 50470-1: 2007• UNE EN 50470-3: 2007
Información adicional Additional information	IE-ITE-09281, Informe de ensayo. Toda la información aportada por el fabricante se encuentra depositada en el organismo emisor.

Paterna a 17 de marzo de 2009

Fdo: Anabel Sorra Esteve
Directora de laboratorios

- FIN DE DOCUMENTO -