

**EU-type examination certificate Number:**

**13/130271 ON** revision 2

**CERTIFICADO UE DE EXAMEN DE TIPO Número:**

Page 1 of 2

Página 1 de 2

**Issued by:**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE)**

*Expedido por:*

**Issued to:**

**e-distribuzione S.p.A.**

*Expedido a:*

Via Ombrone 2 – 00198 Roma (RM) Italy

**Measuring instrument:**

Poly phase static meter bi-directional, to measure both active and reactive power, semi-direct connection for indoor installation and remote management capabilities.

*Instrumento de medida:*

*Contador polifásico bi-direccional, para la medida de energía tanto activa como reactiva, de conexión semi-directa, para instalación en interior y con capacidades de telegestión.*

Type <i>Tipo:</i>	CERS3
Reference voltage(s) <i>Tensión(es) de referencia:</i>	3x127/220 V 3x230/400 V
Current range <i>Rango de intensidad:</i>	0,05 – 5(20)A
Accuracy class <i>Clase de precisión:</i>	Cl. B (kWh)
Environment classes <i>Entornos mecánico y electromagnético:</i>	M1; E2
Temperature range <i>Rango de temperatura:</i>	[-40°C ÷ +70°C]

Further properties are described in the annex. *Otras propiedades se definen en el anexo:*

- Approval annex to type-examination certificate  
*Anexo aprobado al certificado de examen de tipo*
- Documentation folder *Expediente N° 13/130271*

It is certified that the manufacturer's technical design and specimen for the above instrument has been examined and, based on the evidence submitted, it is considered that the instrument conforms to the requirements of:

*Examinado el diseño técnica del instrumento de medida arriba identificado se certifica y declara que el mismo cumple los requisitos pertinentes de la siguiente regulación metrológica aplicable:*

**Applicable rules**

*Reglamentación aplicable*

Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 February 2014, on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments  
*Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida*

**Essential requirements:**

*Requisitos esenciales aplicables:*

Annex I & annex V (MI-003), Directive 2014/32/EU, of 26<sup>th</sup> February  
*Anexo I y anexo V, Directiva 2014/32/UE, de 26 de febrero*

**Valid until:**

19 July 2023

*Válido hasta:*

All information provided by the manufacturer is deposited in the issuing body. This certificate is to be used in conjunction with a certificate covering the product verification as required on the conformity assessment module D or F. Modifications to the meter(s) described according to approval N. **13/130271** must be notified to **ITE** to confirm the meter(s) continuing compliance to the relevant pattern approval standard(s). Reproduction of the complete document is only permitted. This document has been digitally signed and its validity must be checked with the digital certificate inserted in the pdf file. Reproduction by any other means shall be considered a copy of the original.

*Toda la información aportada por el fabricante se encuentra depositada en el organismo emisor. El presente certificado debe ser utilizado conjuntamente con un certificado que ampare la verificación del producto con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad basado en el Módulo D o en el Módulo F. Modificaciones del contador conforme a la aprobación **13/130271** descrita deben ser notificadas a **ITE** para confirmar la continuidad con el cumplimiento de los requisitos de aprobación de referencia. Sólo se permite la reproducción del documento completo. Este documento ha sido firmado digitalmente y su validez deberá comprobarse con el certificado digital inserto en el archivo pdf. La reproducción por cualquier otro medio se considerará copia del original.*

President of Certification Committee

*Presidente del Comité de Certificación*

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE)**

**Centro Tecnológico CT nº 74**

Domicilio Social  
Campus de la U.P.V.  
Edificio Institutos 2  
Camino de Vera, s/n  
Valencia

**Sede Central**  
**Contabilidad, facturas, correspondencia**  
Parque Tecnológico de Valencia  
Av. Juan de la Cierva, 24  
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 96 136 66 70 Fax: +34 96 136 66 80  
www.ite.es · ite@ite.es



Firmado digitalmente por  
**ESTER|MOCHOLI|  
MUNERA**  
Fecha: 2018.05.17  
18:06:50 +02'00'