

**EC-type examination certificate Number:**  
**CERTIFICADO CE DE EXAMEN DE MODELO Número:**

**14/140295 ON** revision 4

Page 1 of 1  
Página 1 de 1

**Issued by:**

*Expedido por:*

**Issued to:**

*Expedido a:*

**Measuring instrument:**

*Instrumento de medida:*

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE)**

Avd. Juan de la Cierva, 24 – 46980 Paterna (Valencia)

**SAGEMCOM**

250, Route de l'empereur 92848 Rueil-Malmaison – France

Poly phase static meter bi-directional, to measure active power, for indoor installation.  
*Contador estático polifásico bi-direccional, para la medida de energía activa, para instalación en interior.*

Type <i>Modelo:</i>	CX2000-9
Voltage range <i>Rango de tensión:</i>	3x230/400 V
Current range <i>Rango de intensidad:</i>	0.25 – 5(80)A 0.25 – 5(100)A 0.5 – 10(60)A 0.25 – 5(60)A
Accuracy class <i>Clase de precisión:</i>	Cl. B or A
Environment classes <i>Entornos mecánico y electromagnético:</i>	M1; E2
Temperature range <i>Rango de temperatura:</i>	[-40°C ÷ +70°C] [-25°C ÷ +55°C]

Further properties are described in the annex. *Otras propiedades se definen en el anexo:*

- Approval annex to type-examination certificate  
*Anexo aprobado al certificado de examen de modelo*
- Documentation folder *Expediente N° 14/140295*

It is certified that the manufacturer's technical design and specimen for the above instrument has been examined and, based on the evidence submitted, it is considered that the instrument conforms to the requirements of:

*Examinado el diseño técnico del instrumento de medida arriba identificado se certifica y declara que el mismo cumple los requisitos pertinentes de la siguiente regulación metrológica aplicable:*

**Applicable rules**

*Reglamentación aplicable*

Royal Decree n. 889/06 dated 21<sup>st</sup> July 2006, transposing in the NB's country law the Directive 2004/22/EC of 31<sup>st</sup> March 2004

*Real Decreto 889/06, de 21 de julio de 2006, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, y que incorpora al Derecho interno español los requisitos esenciales contemplados en la Directiva del Parlamento y Consejo 2004/22/CE de 31 de marzo de 2004*

**Essential requirements:**

*Requisitos esenciales aplicables:*

Annex I & annex MI-003, Directive 2004/22/EC, of 31<sup>st</sup> March 2004

*Anexo IV y anexo VII del RD 889/2006, de 21 de julio de 2006*

**Valid until:**

*Válido hasta:*

28 July 2024

All information provided by the manufacturer is deposited in the issuing body. This certificate is to be used in conjunction with a certificate covering the product verification as required on the conformity assessment module D or F. Modifications to the meter(s) described according to approval N. **14/140295** must be notified to **ITE** to confirm the meter(s) continuing compliance to the relevant pattern approval standard(s). Reproduction of the complete document is only permitted.

*Toda la información aportada por el fabricante se encuentra depositada en el organismo emisor. El presente certificado debe ser utilizado conjuntamente con un certificado que ampare la verificación del producto con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad basado en el Módulo D o en el Módulo F. Modificaciones del contador conforme a la aprobación **14/140295** descrita deben ser notificadas a ITE para confirmar la continuidad con el cumplimiento de los requisitos de aprobación de referencia. Sólo se permite la reproducción del documento completo.*

President of Certification Committee

*Presidente del Comité de Certificación*

26 10 2015



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE)**

Centro Tecnológico CT n° 74

Domicilio Social

Campus de la U.P.V.

Edificio Institutos 2

Camino de Vera, s/n

Valencia

**Sede Central**

Contabilidad, facturas, correspondencia

Parque Tecnológico de Valencia

Av. Juan de la Cierva, 24

46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 96 136 66 70 Fax: +34 96 136 66 80

www.ite.es · ite@ite.es

PEC-ITE-B A3 R3